



PTSA

M500

10 - 1000 ppb

Fluorescence

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 640	ø 24 mm	395 nm	10 - 1000 ppb

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Kit d'étalonnage PTSA (0, 200, 1000 ppb)	1 Pièces	461245
Solution ajoutée pour étalon PTSA, 1000 ppb	1 Pièces	461210

Liste d'applications

- Eau de refroidissement

Préparation

1. Calibrer l'instrument si le résultat n'est pas 200 ± 20 ppb.
2. Le kit d'étalonnage mentionné ci-dessous devrait être utilisé pour calibrer l'instrument.
3. Avant l'utilisation, nettoyer les flacons et les accessoires.
4. L'extérieur du flacon doit être propre et sec avant de démarrer l'analyse. Nettoyer l'extérieur des flacons avec un chiffon. Éliminer les traces de doigt ou toute autre trace.
5. Le photomètre a été étalonné en usine ou l'instrument a été calibré par l'utilisateur. Il est recommandé de vérifier la précision de l'étalonnage en effectuant une mesure avec un étalon de 200 ppb :
 - En cas de doute sur le dernier étalonnage ou la précision des résultats
 - Une fois par mois
 La mesure de vérification devrait être effectuée comme la mesure d'un échantillon et le résultat d'un étalon de 200 ppb devrait être égal à 200 ± 20 ppb.



Indication

1. N'utiliser que des flacons à couvercles noirs pour les mesures PTSA.
2. Les grandes différences de température entre l'instrument et l'environnement peuvent causer des erreurs. Pour obtenir des résultats optimaux, effectuer des tests avec un échantillon dont la température est comprise entre 20 °C (68 °F) et 25 °C (77 °F).
3. Les flacons et les capuchons devraient être soigneusement nettoyés après chaque analyse pour empêcher les interférences.
4. Pour obtenir un haut niveau de précision des tests, utiliser toujours le système de réactif fourni par le fabricant d'instruments.
5. Ne pas verser les étalons utilisés dans la bouteille.
6. Possibilité d'utilisation d'une procédure d'ajout d'un analyte (consulter le manuel Photomètre).




Réalisation de la quantification PTSA


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Remplissez une cuvette de PTSA mm de **10 ml d'échantillon**.



Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

Test

Appuyez sur la touche **TEST (XD: START)**.

Le résultat s'affiche à l'écran en ppb PTSA.



Méthode chimique

Fluorescence